

# תעודת בדיקה מספר 9652316482

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

## פרטי ההזמנה

שם המזמין : אלפא מד ביביאן סדיה  
מענו : שז"ר זלמן 16 דירה 60 נתניה  
תאריך ההזמנה : 2016/03/13

## תאור המוצר

מכשיר רפואי  
הוגנה הונוק : ALPHA-STIM ATD תאורו : ציוד רפואי  
יצור : ELECTROMEDICAL  
ארץ יצור : סין  
(לפרטים נוספים ראה תאור מונוחב של המוצר)

## פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 2016/03/13 בשעה : 13:24  
גודל המדגם : 1

## מהות הבדיקה

הוגממה לטעיפוט: 5-טליווג, 6-זיהוי סימון ותיעוד, 7-הספק מכוא, 18-הארקת הגנה, 19-זרמי דלף, 20-חוזק דיאלקטרי, 36-תאימות אלקטרומגנטיות (EMC), 57-חלקי הזיכה, רכיבים ותרישט., 58-הארקת הגנה-הוקית וחזורים של התקן הישראלי ת"י 1011 חלק 1 חלק עשירוני 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי:דרישות בטיחות כלליות ועקו נלווה:דרישות בטיחות למערכות חשמליות רפואיות, מסברואר 1998

מספר זה כולל 3 דפים  
ראו את המסמך באתר המלואו.

מספר זה כולל 3 דפים  
ראו את המסמך באתר המלואו.

מספר זה כולל 3 דפים  
ראו את המסמך באתר המלואו.

## מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו.  
הדוגמה לא נבדקה לפי יתר סעיפי התקן.

הערות:  
נבדק בליקת הפרעה אלקטרומגנטיות בתעודתנו מספר:  
9652320411

בדיקת השלמה ל-  
CB TEST CERTIFICATE NO.:  
US/13579A/UL  
לתקן IEC 60601-1 (1994) Second Edition.  
של מעבדת UL, USA.  
מתאריך 26.08.2009

פירוט מעוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2016/04/21

תאריך תחילת תקינה

שם החותם: קהלני עמיחי

תפקידו: טכנאי בכיר

תאריך: 2016/04/21