

תעודת בדיקה מספר 9652316486

בהתאם לסעיף 12 לחוק החקירה השייג' - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	אלפא-מד ביכיאן סדיה
מענו :	שז"ר זלמן 16 דירה 60 נתניה
תאריך ההזמנה :	2016/03/13

תאור המוצר

מכשיר רפואי	ALPHA STIM M תאור: ציוד רפואי
הודגם הודק	ELECTROMEDICAL
יצרן	סין
ארץ יצור	(לפרטים נוספים ראה תאור מוויכוח של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך :	2016/03/13 בשעה: 13:25
גודל המדגם :	1

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: כ-טיווג, 6-זיהוי סימון ותיעוד, 7-הטפק מבוא, 10-תנאי סביבה, 20-חוזק ויאלקטרי, 56-רכיבים ומכלול כללי, 57-חלקי הזיכה, ורכיבים ותרשים. של התקן הישראלי ת"י 1011 חלק ב חלק עשירי 1 - ציוד חשמלי לשיתוף רפואי:דרישות בטוחות כלליות תקן בלווה:דרישות כטיחות למערכות חשמליות רפואיות, ספברואר 1998

מספר זה משקף את אישור הממש
לשירות טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מספר זה תלוי ב יופס
ואין להשתמש בו אלא כחלואר.

מסקנות בדיקה חלקית

הנוגעה מתאימה לסעיפי התקן שנבדקו. הדוגמה לא נבדקה לפי יתר סעיפי התקן. הערה: בדיקת השלמה לתעודתנו מספר 9652316482 פרוט חצוי בדפים הנאים של מסמך זה.
--

2016/05/01

תאריך הופעה מקודד

שם החתום: קהלני עמיחי

המספר: טכנאי כלי

תאריך: 2016/05/01